

# 鹤壁市疾病预防控制中心 2026 年仪器设备采购项目



## 招标文件

采购编号：鹤财招标采购-2026-42

采 购 人：鹤壁市疾病预防控制中心

采购代理机构：河南卓腾工程管理服务有限公司

二零二六年九月

# 目 录

|                   |    |
|-------------------|----|
| 第一章 招标公告 .....    | 1  |
| 第二章 投标人须知 .....   | 5  |
| 第三章 评标办法 .....    | 25 |
| 第四章 合同条款及格式 ..... | 31 |
| 第五章 采购需求 .....    | 42 |
| 第六章 投标文件格式 .....  | 52 |

# 第一章 招标公告

## 鹤壁市疾病预防控制中心 2026 年仪器设备采购项目招标公告

项目概况：

鹤壁市疾病预防控制中心2026年仪器设备采购项目的潜在投标人应在“鹤壁市公共资源交易公共服务平台”（<https://ggzy.hebi.gov.cn:8060/>）自行下载招标文件、答疑文件及其他资料，并于2026年9月23日9时00分（北京时间）前递交投标文件。

### 一、项目基本情况

1. 采购编号：鹤财招标采购-2026-42
2. 项目名称：鹤壁市疾病预防控制中心 2026 年仪器设备采购项目
3. 采购方式：公开招标
4. 预算金额：2500000.00 元

| 序号 | 包号                | 包名称                        | 包预算<br>(元) | 包最高限价<br>(元) |
|----|-------------------|----------------------------|------------|--------------|
| 1  | HBCG-2026-0264-01 | 鹤壁市疾病预防控制中心 2026 年仪器设备采购项目 | 2500000.00 | 2500000.00   |

各单项预算金额明细：离子色谱仪 650000.00 元；多功能进样平台 400000.00 元；病原微生物基因组分析软件 800000.00 元；全自动微生物药敏分析仪 650000.00 元。

5. 采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1 采购内容：采购离子色谱仪 1 台；多功能进样平台 1 台；病原微生物基因组分析软件 1 套；全自动微生物药敏分析仪 1 台。（具体采购内容详见“第五章采购需求”）

- 5.2 质量要求：合格，符合国家相关技术要求或行业技术标准。

6. 合同履行期限：合同签订之日起 30 日历天内。

7. 本项目是否接受联合体投标：是

8. 是否接受进口产品：否

9. 是否专门面向中小企业：是

### 二、申请人资格条件

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。（提供承诺书, 如联合体投标, 联合体各方均提供）

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。参加本项目的中

小企业须提供《中小企业声明函》（格式详见文件内《中小企业声明函》样本），不符合要求的声明函或未提供的将视为不符合资格要求。本项目落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小微企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展等政府采购政策。

3. 本项目的特定资格要求：

3.1 投标人须具备独立法人资格，具有有效的营业执照。

3.2 投标人是销售商的须具有第二类医疗器械经营备案凭证；投标人是制造商的须具有医疗器械生产许可证。

3.3 信誉要求：被列入“信用中国”（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）重大税收违法失信主体，“中国执行信息公开网”（<http://zxgk.court.gov.cn>）失信被执行人和“中国政府采购网”（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）政府采购严重违法失信行为信息记录的，不得参与本次采购。（**投标人需提供承诺书，对承诺书真实性负责，提供虚假承诺投标人承担全部责任，如联合体投标，联合体各方均提供**）

3.4 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动（**提供承诺书，如联合体投标，联合体各方均提供**）。

3.5 本项目接受联合体投标。（**若为联合体投标，提供联合体协议书。**）

### 三、采购文件的获取

1. 时间：2026 年 9 月 3 日至 2026 年 9 月 11 日，每天上午 00:00 至 12:00，下午 12:00 至 23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2. 地点：鹤壁市公共资源交易公共服务平台-全国公共资源交易平台（河南省·鹤壁市）（<https://ggzy.hebi.gov.cn:8060>）。

3. 方式：电子下载。本项目采用电子化招投标，全部通过网上下载采购文件、制作电子投标文件、网上加密上传、线上解密等相关事宜。

4. 售价：0 元。

### 四、响应文件提交的截止时间及地点

1. 截止时间：2026 年 9 月 23 日上午 9:00（北京时间）

2. 地点：潜在投标人应在投标文件提交截止时间前，通过鹤壁市公共资源交易公共服务平台-全国公共资源交易平台（河南省·鹤壁市）（<https://ggzy.hebi.gov.cn:8060/>）网站上上传加密电子投标文件。

### 五、响应文件的开启时间及地点

1. 时间：2026 年 9 月 23 日上午 9:00（北京时间）

2. 地点：鹤壁市公共资源交易中心不见面开标大厅，投标人自行选择任意地点参加远程开标会。

## 六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《鹤壁市政府采购网》、《鹤壁市公共资源交易公共服务平台》网站上发布,自公告发布之日起五个工作日。

## 七、其他补充事宜

1. 网站技术人员联系电话：0392-3362905

2. 关于本项目的疑问答复、修改、澄清、补充公告及对项目的暂停、延期通知等情况，均在招标公告发布的同一媒体进行公示。潜在投标人有义务自行查阅或向招标代理机构电话询问确认，未按要求查阅者自行承担相应后果，恕不单独告知。

3. 本项目采用电子化招投标，全部通过网上报名方式进行报名、下载招标文件、制作电子投标文件、网上加密上传、线上解密等相关事宜。

3.1 本项目采用电子化招投标，全部通过网上下载招标文件、制作电子投标文件、网上加密上传、评标等相关事宜。

3.2 潜在投标人首次网上报名前需办理 CA 数字证书（进入河南互认的 CA 数字证书），在“鹤壁市公共资源交易公共服务平台”点击“统一注册”完成企业注册，具体操作程序请参考鹤壁市公共资源交易公共服务平台下载中心的相关说明。

3.3 潜在投标人须登录“鹤壁市公共资源交易公共服务平台”-“交易系统”选择登录鹤壁市政府采购交易系统，领取招标文件。

3.4 登录“鹤壁市公共资源交易公共服务平台”网站，下载“制作软件”，制作所投项目电子投标文件。电子投标文件制作流程详见“鹤壁市公共资源交易公共服务平台”网站，“下载中心”栏。

3.5 请投标人根据自身互联网网速和稳定性、网络及系统平台可能存在的非正常情况等多种因素，尽量提前上传电子投标文件，并确保加密电子投标文件上传成功。

3.6 本项目采用“远程开标”开标方式，远程开标大厅的网址为（<https://ggzy.hebi.gov.cn:8060/sign-bidder.html>），投标人无需到鹤壁市公共资源交易中心现场参加开标会议，招标人或代理机构和所有投标人应当在投标文件递交截止时间前，登录远程开标大厅进行在线签到，在线准时参加开标活动。远程开标的具体事宜请查阅鹤壁市公共资源交易公共服务平台“下载中心”专区的相关说明。

**特别提醒：**请各潜在投标人及时登录“鹤壁市公共资源交易公共服务平台 全国公共资源

交易平台（河南省·鹤壁市）”（<https://ggzy.hebi.gov.cn:8060>）网站“首页→通知公告→市级”，仔细阅读：鹤壁市行政服务中心《关于启用河南省市场主体库 CA 互认助手和河南省市场主体共享系统的通知》，按照通知要求尽快办理新的 CA 数字证书及相关事宜。

4. 投标人有合同融资意向的，请登录鹤壁市政府采购网进行融资意向登记，或者在“通知公告”栏目中查询线下合同融资渠道及联系方式。

#### **八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。**

##### **1. 采购人信息**

采购人：鹤壁市疾病预防控制中心

地 址：鹤壁市淇滨区九州路街道 120 号

联系人：索先生

联系方式：0392- 3331001

##### **2. 采购代理机构信息**

采购代理机构：河南卓腾工程管理服务有限公司

地 址：鹤壁市淇滨区九州路街道大赉巷 36 号 3 楼

联系人：刘女士

联系方式：17339213956

##### **3. 项目联系方式**

项目联系人：刘女士

联系方式：17339213956

## 第二章 投标人须知

### 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称   | 编 列 内 容                                                                                                                               |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 采购人       | 采购人：鹤壁市疾病预防控制中心<br>地 址：鹤壁市淇滨区九州路街道 120 号<br>联系人：索先生<br>联系方式：0392- 3331001                                                             |
| 2   | 招标代理机构    | 采购代理机构：河南卓腾工程管理服务有限公司<br>地址：鹤壁市淇滨区九州路街道大赉巷 36 号 3 楼<br>联系人：刘女士<br>联系方式：17339213956                                                    |
| 3   | 项目名称      | 鹤壁市疾病预防控制中心 2026 年仪器设备采购项目                                                                                                            |
| 4   | 采购编号      | 鹤财招标采购-2026-42                                                                                                                        |
| 5   | 采购方式      | 公开招标                                                                                                                                  |
| 6   | 标包划分及最高限价 | 标包划分：共 1 个包<br>最高总限价：2500000.00 元。<br>各单项最高限价：离子色谱仪 650000.00 元；多功能进样平台 400000.00 元；病原微生物基因组分析软件 800000.00 元；全自动微生物药敏分析仪 650000.00 元。 |
| 7   | 安装地点      | 采购人指定地点                                                                                                                               |
| 8   | 资金来源      | 财政资金                                                                                                                                  |
| 9   | 资金落实情况    | 已落实                                                                                                                                   |
| 10  | 合同履行期限    | 合同签订之日起 30 日历天内                                                                                                                       |
| 11  | 质量要求      | 合格，符合国家相关技术要求或行业技术标准；                                                                                                                 |
| 12  | 质保期       | 1. 离子色谱仪：质保期 3 年。<br>2. 多功能进样平台：质保期 3 年。<br>3. 病原微生物基因组分析软件：主机及相关配套设备保修期 5 年，软件及数据库免费维护及升级终身。自设备验收合                                   |

|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |               | 格之日起计算。保修期内应提供免费保修。<br><b>4.全自动微生物药敏分析仪：</b> 主机及相关配套设备保修期 3 年，自设备验收合格之日起计算。保修期内提供免费保修，提供终身维修服务，软件终身免费升级。                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 13 | 付款方式          | 所有物品验收合格、试运行后开具发票，一次性全额支付（业主 10 个工作日内完成报销手续，具体转账以银行支付为准）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 14 | 投标人资质<br>条件要求 | 详见公告内容申请人资格条件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 15 | 是否接受联合体投标     | 是<br><br>本项目接受联合体投标，联合体投标除满足上述要求外,同时须具备以下条件：<br><br>1. 本次招标接受联合体投标。<br><br>2. 联合体各方应当签订联合体协议书，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将联合体协议书连同响应文件一并提交采购人。根据联合体协议书在投标和履行合同中共同承担联合体的义务和法律责任。<br><br>3. 联合体牵头人和联合体成员的资质需分别满足相应的资格条件，牵头人法定代表人或其授权的委托代理人负责签署本次响应文件相关资料。<br><br>4. 联合体各方签订联合体协议书后，不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在同一项目中投标。<br><br>5. 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。 |
| 16 | 踏勘现场          | 不组织，自行踏勘                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 17 | 投标预备会         | 不召开                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 18 | 投标人提出问题的截止时间  | 开标截止时间 15 日前，由投标人被授权人提交书面材料（盖投标人公章）。在提交投标文件截止时间前 15 日内，采购人、采购代理机构不再受理投标人提出的问题。                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 19 | 采购人书面澄清的时间    | 递交投标文件截止之日 <u>15</u> 天前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



|    |                  |                                                                                                                                                                                           |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20 | 构成招标文件的其他材料      | 采购人或招标代理机构针对本项目发出的招标文件澄清、修改通知                                                                                                                                                             |
| 21 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 递交投标文件截止之日 <u>15</u> 天前                                                                                                                                                                   |
| 22 | 投标截止时间           | 详见公告内容                                                                                                                                                                                    |
| 23 | 构成投标文件的其他材料      | 投标人认为需要提供的其他资料                                                                                                                                                                            |
| 24 | 投标有效期            | 投标截止日期起 90 日历天                                                                                                                                                                            |
| 25 | 投标保证金            | 无                                                                                                                                                                                         |
| 26 | 是否允许递交备选投标方案     | 不允许                                                                                                                                                                                       |
| 27 | 签字（签章）或盖章要求      | 供应商在制作电子投标（响应）文件时，按照“第六章投标文件格式”的要求签字盖章。 <b>如为联合体投标的响应文件均由联合体牵头人签字、盖章即可；联合体协议书除外。</b>                                                                                                      |
| 28 | 开标时间和地点          | 开标时间：同投标截止时间<br>开标地点：同招标公告                                                                                                                                                                |
| 29 | 开标程序             | （1）投标截止时间点宣布投标截止，宣布开标纪律；<br>（2）公布投标单位信息；<br>（3）投标人使用与制作响应文件时同一数字认证证书对响应文件进行解密；<br>（4）投标人对开标过程进行确认；<br>（5）开标结束。                                                                            |
| 30 | 投标人代表出席开标会的要求    | 本项目采用“远程开标”开标方式，远程开标大厅的网址为（ <a href="https://ggzy.hebi.gov.cn:8060">https://ggzy.hebi.gov.cn:8060</a> ），投标人无需到鹤壁市公共资源交易中心现场参加开标会议，采购人或代理机构和所有投标人应当在投标文件递交截止时间前，登录远程开标大厅进行在线签到，在线准时参加开标活动。 |
| 31 | 评标委员会的组建         | 评标委员会构成：共 <u>5</u> 人；其中采购人代表 <u>1</u> 人，评标专家 <u>4</u> 人。从相关采购专家库中随机抽取评审专家。                                                                                                                |
| 32 | 评标办法             | 综合评分法                                                                                                                                                                                     |
| 33 | 推荐的成交候选人数        | 推荐的成交候选人数：3 名成交候选人<br>1. 采购人将确定排名第一的成交候选人为成交人。                                                                                                                                            |

|    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |            | 2. 如果排名第一的成交候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等况，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的成交候选人名单顺序依次确定排名第二的成交候选人为成交人，依次类推；也可以重新开展采购活动。                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 34 | 投标文件份数     | 1、加密的电子投标文件1 份（在“递交投标文件截止时间”前成功上传至“鹤壁市公共资源交易公共服务平台”）；<br>2、 <b>成交人领取成交通知书的同时，向代理机构提交3份上传后的纸质版投标文件。</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 35 | 中标公示       | 代理机构在接到采购人通知后，将在公告信息发布同一媒体上发布成交公告公示，中标公告期限为1个工日。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 36 | 采购标的所属行业   | 根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业{2011}300 号）所属行业分类规定，本项目采购标的属于：工业+软件信息服务业。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 37 | 本国产品价格扣除标准 | ①政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目，本国产品可不享受价格扣除评审优惠。<br>②当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。<br>③供应商属于上述第①种情况的应提供《关于符合本国产品标准的声明函》，其内容和要求详见采购文件响应文件格式中相应内容和要求，否则不予享受评审价格扣除；供应商属于上述第②种情况的应提供《关于符合本国产品标准的声明函》和《关于产品成本的声明函》，其内容和要求详见采购文件响应文件格式中相应内容和要求，否则不予享受评审价格扣除。 |

|    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 38 | 相同品牌产品的处理 | <p>提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加本项目投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，最后报价最低的供应商获得成交供应商推荐资格，最后报价也相同的，由评审委员会投票决定。非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。</p> <p><b>本次采购项目的核心产品为：病原微生物基因组分析软件。</b></p>                                                                                     |
| 39 | 解释权       | <p>构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；正文内容与前附表不一致的，以前附表内容为准，同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。（本文件内招标人与采购人定义为一一致；供应商、投标人与响应人定义为一一致。）</p> |

## 1. 总则

### 1.1 项目概况

根据有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。

1.1.1 本招标项目采购人：指本项目采购单位。

1.1.2 本标段招标代理机构：指受采购人委托的有代理资质的第三方机构。

1.1.3 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3 招标服务期和质量要求

1.3.1 本项目的合同履行期限：见投标人须知前附表。

1.3.2 本项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.3 本项目的付款方式：见投标人须知前附表。

### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目的资质条件、信誉：

（1）资质条件：见招标公告；

（2）信誉要求：见招标公告。

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

1.4.3 本项目接受联合体投标。

### 1.5 费用承担

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的所有费用自理，不论投标结果如何，采购人概不负责。

1.5.2 招标代理费：按照（豫招协〔2023〕002号）河南省招标投标协会关于印发《河南省招标代理服务收费指导意见》的通知文件规定，由成交人在领取成交通知书时向招标代理机构支付招标代理服务费。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。投标人提供的支持文件和印刷的文献可以用外国语言，但相应内容应当附有简体中文翻译内容，在解释时以简体中文翻译本为准。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

## **1.9 踏勘现场**

1.9.1 本项目采购人不组织踏勘现场，投标人可自行踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在投标人踏勘现场中介绍的相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

## **1.10 投标预备会**

投标人须知前附表规定不召开投标预备会。

## **1.11 分包**

本项目严禁转包和违规分包。

# **2. 招标文件**

## **2.1 招标文件的组成**

招标文件的内容如下：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 评标办法

第四章 合同条款及格式

第五章 采购需求

第六章 投标文件格式

## **2.2 招标文件的澄清**

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求采购人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间 15 天前在《鹤壁市公共资源交易公共服务平台》上发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。各潜在投标人应通过网站自行查看。

## **2.3 招标文件的修改**

在投标截止时间 15 天前，采购人可以书面形式修改招标文件，并在《鹤壁市公共资源交易公共服务平台》上发布。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投

标截止时间。

## 3. 投标文件

### 3.1 投标文件的组成

投标文件应包括下列内容：

- 一、 投标函及投标函附录
- 二、 投标报价明细表、货物技术偏离表、配置清单
- 三、 法定代表人身份证明及授权委托书
- 四、 资格审查资料
- 五 、商务部分
- 六、 技术部分
- 七 、投标人认为有需要补充的其他内容

### 3.2 投标报价

**3.2.1 投标人应按本文件提出的采购内容及要求进行报价；估算错误或漏项的风险由投标人自行承担。**

3.2.2 参加采购活动的投标人，应当按照采购文件的规定一次性报出不得更改的价格，报价以人民币表示，单位：元。

3.2.3 报价应包含本次购置货物所有的品种、数量、运杂费、保险费、税费、安装费、特种工具费、调试费、保管费、水电费、技术服务费（含售后服务费）、培训费、检验费、手续费及相关部门验收费、计量检定费及货物验收合格正式交付使用前所发生的一切费用（货物交付采购人正常使用前所发生的一切费用）。

3.2.4 投标人对同一合同包只允许有一个投标报价，不接受任何选择性报价、备选报价。出现选择性报价的，其投标将被否决（投标无效）。

3.2.5 报价均不得超过最高限价，否则按照无效响应处理。

3.2.6 未尽事宜按现行有关政策执行。

### 3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，从递交投标文件的截止之日起算，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。

### 3.4 备选投标方案

本项目投标人不得递交备选投标方案。

### 3.5 投标文件的编制

3.5.1 投标人应仔细阅读本文件的所有内容，按本文件的要求编制投标文件，并保证所提供的全部资料真实有效。

报价响应文件应以中文编写。如报价响应文件出现中外文不一致的，以中文为准。

**投标文件由投标人按照本文件指定的方式进行上传和递交，不接受电报、电话、传真、邮寄等方式投标。**

投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

3.5.2 投标文件应当对招标文件有关合同履行期限、投标有效期、质量要求、技术标准和要求招标内容等实质性内容作出响应。

3.5.3 与投标相关的材料需要签字或盖章的，由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位公章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件不得涂改、行间插字，如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.5.4 电子投标文件的制作流程。本项目采用电子化招投标，全部通过网上报名方式进行报名、下载招标文件、制作电子投标文件、网上加密上传、线上解密等相关事宜。

3.5.5 办理 CA 数字证书、企业登记：本项目使用电子交易系统进行业务办理，投标人需先完成 CA 数字证书办理，并在鹤壁市政府采购交易系统中进行企业登记，详见鹤壁市公共资源交易公共服务平台（[http:// ggzy.hebi.gov.cn: 8060](http://ggzy.hebi.gov.cn:8060)）点击“我要投标”相关说明。

3.5.6 招标文件下载：点击“鹤壁市公共资源交易公共服务平台（[http:// ggzy.hebi.gov.cn: 8060](http://ggzy.hebi.gov.cn:8060)）”-“交易主体登录”选择进入“鹤壁市政府采购交易系统—第一电子交易系统（采购）”，进入该平台后找到对应的项目公告，在公告下方进行招标文件下载。

3.5.7 编制电子投标文件。投标人须登录“鹤壁市公共资源交易公共服务平台（<http://ggfw.ggzy.hebi.gov.cn.8060>）”网站，点击“服务指南”-下载“文档及工具下载”-投标编制-第一电子交易系统，制作完成后，须导出（★.已加密投标文件）加密电子投标文件，电子投标文件制作流程详见“服务指南”-“操作手册及视频”。

3.5.8 上传加密电子投标文件。登录“鹤壁市公共资源交易公共服务平台”网站，点击“交易主体登录”按钮选择进入“鹤壁市政府采购交易系统—第一电子交易系统（采购）”，插入 CA 数字证书，点击 CA 登录，进入系统上传加密的电子投标文件（★. 已加密投标文件）。上传时必须点击“保存”并提示“保存成功”显示二维码、文件名称、文件大小、上传时间方为上传成功。请各投标人在上传前务必认真检查上传电子投标文件是否完整、正确。

3.5.9 招标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内，严格按照本项目招标文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则，由此带来的后果由投标人自己承担。

3.5.10 投标文件所附证明材料均应为原件的扫描件（或照片），尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断；若投标人未按要求提供证明材料或提供不清晰的扫描件（或照片）的，由此带来的评审后果，由投标人自己承担。

### **3.6 投标文件的递交**

3.6.1 递交截止时间及递交地点详见招标公告内容。

采购人如因故推迟报价截止时间，应事先用书面形式通知所有报价投标人，在此情况下，采购人和报价投标人的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

3.6.2 发生下列情况之一者被视为无效投标文件：

- （1）投标文件未按照采购文件及相关要求签字、盖章；
- （2）经评标委员会确认存在串标、抬标或弄虚作假行为的；
- （3）评标委员会认定有重大偏离未实质性响应采购文件的。

3.6.3 递交响应文件的修改和撤回

在规定的递交截止时间前，投标人可以修改或撤回已上传的响应文件；

投标人在响应文件递交截止时间前可通过电子交易系统撤回其已成功递交的电子响应文件；

如果在递交响应文件截止时间前需要对已经成功递交的电子响应文件进行修改、补充的，投标人应当重新制作导出完整的电子响应文件，并按要求重新上传至电子化平台；

电子化平台以投标人最后上传成功的响应文件为准。

## **4. 开标**

4.1 采购人（代理机构）按照采购文件规定的时间、地点、方式准时开标。

4.2 投标人代表应使用制作加密响应文件时的 CA 数字证书对电子响应文件进行解密。

- （1）响应文件递交截止时间前，各投标人的授权委托人或法定代表人应提前进入远程开



标系统（大厅）进行在线签到，播放远程开标会议温馨提示测试音频。进入相应标段的开标会议区收听观看实时音视频交互效果并及时在群聊板中反馈，在线准时参加开标活动。

（2）响应文件递交截止时间后，主持人将在系统内公布投标人名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标人在各自地点按规定时间自行实施远程解密（投标人远程解密方法详见操作手册），投标人解密限定在规定时间内完成。

（3）未在响应文件递交截止时间之前进行在线签到或因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其响应文件。

（4）各投标人的授权委托人或法定代表人未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，投标人承担由此导致的一切后果。

（5）因系统故障、投标人数量较多或其它非人为因素导致解密时间需要延长的，采购人（代理机构）有权适时延长解密、确认开标时间。

（6）鹤壁市公共资源交易系统启用“河南省市场主体库 CA 互认助手”（以下简称“新版 CA 驱动”），届时“河南省公共资源证书助手”将停止使用，详见“鹤壁市公共资源交易公共服务平台·全国公共资源交易平台（河南省·鹤壁市）”（<https://ggzy.hebi.gov.cn:8060/>）-通知公告-关于启用河南省市场主体库 CA 互认助手和河南省市场主体共享系统的通知。使用 CA 数字证书及新版投标文件编制工具重新制作、上传投标文件，因逾期无法上传、解密投标文件影响参与招标投标活动的后果自行承担。

（7）开标会议结束后，主持人将在系统内通过开标会议区发出确认开标的指令，投标人在各自地点按规定时间自行实施远程确认开标（投标人远程确认开标方法详见操作手册），投标人确认开标限定在倒计时发起后规定的时间内在线确认开标。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、CA 锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成确认等自身原因，导致响应文件在规定时间内未确认开标的，视为投标人放弃投标。

4.3 开标时，若上传电子投标文件或解密成功的投标人不足三家，该项目按废标处理。

4.4 若因系统原因或出现异常情况导致无法正常解密或唱标的，经申请同意，交易中心有权启用未加密电子投标文件进行开标或评标。若因投标人拿错 CA 数字证书或其他自身原因造成加密电子投标文件未解密成功或未加密电子投标文件上传失败，视为投标人撤销其投标文件。

4.5 开标时，所唱“开标一览表”与电子投标文件内容不一致的，以所唱“开标一览表”为准；所唱“开标一览表”大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

4.6 开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标

人不足 3 家的，不得评标。

## 5. 评标

### 5.1 评标工作

#### 5.1.1 评标委员会

（1）评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责，对所有投标人的投标文件进行审评，并按评标办法规定的方式推荐出投标人须知前附表中载明数量的中标候选人。

（2）评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为 5 人，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

（3）评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标（采购人代表不允许做组长），对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的情形除外。

（4）采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

（5）评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

#### 5.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）采购人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

#### 5.1.3 评标委员会及其成员不得有下列行为：

（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明（对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正的除外）；

（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有本章第 5.1.3 项第（1）至（5）目行为之一的，其评审意见无效，并不

得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

5.1.4 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

## 5.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

## 5.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

## 5.4 投标文件应当符合以下要求，否则，按无效投标处理：

5.4.1 投标报价应当符合招标文件规定的报价要求，总报价及各单项报价均不得超过预算金额或者最高限价。

5.4.2 未按照招标文件规定的格式要求编制且影响项目评审或项目履约的，按无效投标处理。

5.4.3 投标文件中不得包含采购人无法接受的附加条件。

5.4.4 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 5.5 根据河南省财政厅文件豫财购【2021】6 号文件规定，参与同一个标段（包）的投标人存在下列情形之一的，其投标（响应）文件无效：

5.5.1 不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡 MAC 地址、CPU 序列号和硬盘序列号等硬件信息均相同的。

5.5.2 不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传。

5.5.3 不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备打印、复印。

5.5.4 不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

5.5.5 不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致。

5.5.6 不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的。

5.5.7 不同供应商投标（响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手。

5.5.8 其它涉嫌串通的情形。

## 6. 合同授予

### 6.1 定标方式

采购人依据评标委员会推荐的成交候选人确定成交人，评标委员会推荐成交候选人的人数见投标人须知前附表。

### 6.2 中标结果公示

中标结果公示规定见投标人须知前附表

### 6.3 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

### 6.4 签订合同

6.4.1 采购人和成交供应商应当自中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和成交供应商的投标文件订立书面合同。成交供应商无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格。

6.4.2 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件；不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

6.4.3 如果根据本须知规定，采购人取消了中标人的中标资格，在此情况下，采购人可将合同授予下一个中标候选人，或者按规定重新组织招标。

## 7. 重新招标和不再招标

### 7.1 重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

- （1）投标截止时间止，投标人少于 3 个的；
- （2）经评标委员会评审后否决所有投标的；
- （3）中标候选人均未与采购人签订合同的；
- （4）法律规定的其他情形。

### 7.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于 3 个或者所有投标被否决的，经原审批或核准部门批准后可不再进行招标。

## 8. 纪律和监督

### 8.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅自离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅自离职守，影响评标程序正常进行。

## 9. 质疑与投诉

### 9.1 投标人询问和质疑

9.1.1 投标人对采购事项有疑问，可以按照《政府采购法》的相关规定向采购人或代理机构提出询问，询问方式可以为电话咨询或书面提出，采购人或代理机构将在3个工作日内予以电话或书面答复。

9.1.2 投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，接收质疑函的联系方式详见招标公告（**质疑函格式详见附件1**）。

9.1.3 对采购文件、资格审查结果有异议的须向采购人提出，对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

9.1.4 对评审过程和结果提出异议的须向采购代理机构提出，采购人与采购代理机构共同答复，采购人、采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。

9.1.5 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

9.1.6 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：被质疑项目名称、采购编号、中标公告发布时间、质疑事项、证据材料、法律依据（具体条款）、有效联系方式（包括手机、传真号码）等。

9.1.7 质疑书必须有法定代表人签字或盖章，并加盖投标人公章。若授权代表签章，必须附法定代表人针对当次质疑的特别授权，且公章不得以合同章或其他印章代替。

9.1.8 有下列情形之一的，属于无效质疑，招标采购单位可不予受理：

（1）未在法定期限内提出质疑的；

（2）未以书面形式提出，或质疑内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）要求的；

（3）质疑函没有法定代表人本人签章，或未提供法定代表人签章的特别授权，且未加盖单位公章的；

（4）其它不符合受理条件的情形。

9.1.9 招标采购单位将在收到书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不涉及商业秘密。

## **9.2 投标人投诉**

质疑投标人对招标采购单位的答复不满意以及招标采购单位未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内实名向同级政府采购监督管理部门投诉（**投诉书格式详见附件2**）。

附件 1:

## 质疑函范本

### 一、质疑供应商基本信息

质疑供应商: \_\_\_\_\_

地址: \_\_\_\_\_ 邮编: \_\_\_\_\_

联系人: \_\_\_\_\_ 联系电话: \_\_\_\_\_

授权代表: \_\_\_\_\_

联系电话: \_\_\_\_\_

地址: \_\_\_\_\_ 邮编: \_\_\_\_\_

### 二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称: \_\_\_\_\_

质疑项目的编号: \_\_\_\_\_ 包号: \_\_\_\_\_

采购人名称: \_\_\_\_\_

采购文件获取日期: \_\_\_\_\_

### 三、质疑事项具体内容

质疑事项 1: \_\_\_\_\_

事实依据: \_\_\_\_\_

法律依据: \_\_\_\_\_

质疑事项 2 \_\_\_\_\_

.....

### 四、与质疑事项相关的质疑请求

请求: \_\_\_\_\_

签字（签章）: 公章:

日期:

### 质疑函制作说明:

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。



附件 2:

## 投诉书范本

### 一、投诉相关基本情况

投诉人: \_\_\_\_\_

地 址: \_\_\_\_\_ 邮编: \_\_\_\_\_

法定代表人/主要负责人: \_\_\_\_\_

联系电话: \_\_\_\_\_

授权代表: \_\_\_\_\_ 联系电话: \_\_\_\_\_

地 址: \_\_\_\_\_ 邮编: \_\_\_\_\_

被投诉人 1:

地 址: \_\_\_\_\_ 邮编: \_\_\_\_\_

联系人: \_\_\_\_\_ 联系电话: \_\_\_\_\_

被投诉人 2

.....

相关供应商: \_\_\_\_\_

地 址: \_\_\_\_\_ 邮编: \_\_\_\_\_

联系人: \_\_\_\_\_ 联系电话: \_\_\_\_\_

### 二、投诉项目基本情况

采购项目名称: \_\_\_\_\_

采购采购编号: \_\_\_\_\_ 包号: \_\_\_\_\_

采购人名称: \_\_\_\_\_

代理机构名称: \_\_\_\_\_

采购文件公告:是/否 \_\_\_\_\_ 公告期限: \_\_\_\_\_

采购结果公告:是/否 \_\_\_\_\_ 公告期限: \_\_\_\_\_

### 三、质疑基本情况

投诉人于\_\_\_\_年\_\_月\_\_日,向\_\_\_\_提出质疑,质疑事项为:\_\_\_\_采购人/代理机构于\_\_\_\_年\_\_月\_\_日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

### 四、投诉事项具体内容

投诉事项 1: \_\_\_\_\_

事实依据：\_\_\_\_\_

法律依据：\_\_\_\_\_

投诉事项 2\_\_\_\_\_

#### 五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：\_\_\_\_\_

签字（签章）：

投诉人：

地址：

日期：

#### 投诉书制作说明：

1. 投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。
2. 投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。
4. 投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。
5. 投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
6. 投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。
7. 投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

### 第三章 评标办法

#### 一、资格、符合性审查前附表

| 条款                                                                                 | 评审因素                    | 评审标准                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                  | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 提供承诺书（如联合体投标，联合体各方均提供）                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                    | 特定资格                    | 投标人须具备独立法人资格，具有有效的营业执照。<br>投标人是销售商的须具有第二类医疗器械经营备案凭证；投标人是制造商的须具有医疗器械生产许可证。                                                                                                                                  |
|                                                                                    | 信誉要求                    | 被列入“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）重大税收违法失信主体，“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn）失信被执行人和“中国政府采购网”（www.ccg.gov.cn）政府采购严重违法失信行为信息记录的，不得参与本次采购。（ <b>投标人需提供承诺书，对承诺书真实性负责，提供虚假承诺投标人承担全部责任，如联合体投标，联合体各方均提供</b> ） |
|                                                                                    | 投标人不得存在的情形              | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动（ <b>提供承诺书，如联合体投标，联合体各方均提供</b> ）。                                                                                                                              |
|                                                                                    | 联合体投标                   | 本次招标接受联合体投标。（若为联合体投标，提供联合体协议书。）                                                                                                                                                                            |
| 2                                                                                  | 投标人名称                   | 与营业执照一致                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                    | 投标文件签字、盖章               | 按照招标文件中要求签字、盖章                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                    | 投标文件格式                  | 符合“投标文件格式”的要求                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                    | 投标报价                    | 只能有一个有效报价，且总报价及各单项报价未超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价。                                                                                                                                                                 |
|                                                                                    | 质量要求                    | 合格，符合国家相关技术要求或行业技术标准                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                    | 合同履行期限                  | 合同签订之日起 30 日历天内                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                    | 质保期                     | 符合招标文件要求                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                    | 采购内容                    | 符合第五章“采购需求”                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                    | 投标有效期                   | 投标截止日期起 90 日历天                                                                                                                                                                                             |
| 1. 开标结束后，由采购人对投标人的资格、符合性进行审查。<br>2. 上述资格、符合性评审因素中的任何一项不合格，即按无效标处理，合格投标人不足三家的，不得评标。 |                         |                                                                                                                                                                                                            |

## 二、评标办法前附表

| 条款号          |                    | 条款内容            | 编列内容                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------|--------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.2.1        | 分值构成<br>(总分 100 分) |                 | 报价得分：40 分<br>商务部分：15 分<br>技术部分：45 分                                                                                                                                                                                                               |
| 2.2.2<br>(1) | 报价得分<br>(40 分)     | 投标报价<br>(40 分)  | <p>价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：</p> <p>投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×40</p> <p>注：1.未通过资格、符合性审查的单位不参与评标基准价的计算。</p> <p>2.因本项目为专门面向中小企业采购，故所有投标供应商不再享有其他政府采购扶持政策。</p>                                                 |
| 2.2.2<br>(2) | 商务部分<br>(15 分)     | 业绩<br>(4 分)     | 投标人自 2022 年 1 月 1 日（时间以合同签订时间为准）以来承担过的类似项目业绩（ <b>本次采购内容任意一项产品业绩均可，如联合投标的，联合体牵头人或联合体成员提供的业绩均可</b> ），每提供一个得 1 分，最多得 4 分。（ <b>须提供合同或协议书原件扫描件，否则不得分</b> ）                                                                                             |
|              |                    | 质保期<br>(6 分)    | 在满足采购人要求的基础上，所有设备和软件质保期每同时增加一年得 2 分，最多得 6 分。                                                                                                                                                                                                      |
|              |                    | 售后服务方案<br>(5 分) | <p>根据各投标人质保期内的售后服务方案及承诺等综合评分，内容至少包括但不限于：服务方式、人员安排、维修方案、故障响应计划、响应时间及投标产品的备品备件准备和保障措施保养计划：</p> <p>1. 投标人质保期内的售后服务方案及承诺内容完整、详细，且优于项目需求的，得 5 分；</p> <p>2. 投标人质保期内的售后服务方案及承诺内容内容完整，满足项目需求的，得 3 分；</p> <p>3. 投标人质保期内的售后服务方案及承诺内容不完整或不切合项目需求的，得 0 分。</p> |

|              |                |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.2.2<br>(3) | 技术部分<br>(45 分) | 技术参数<br>(30 分)                                                                                 | <p>1. 招标文件中技术参数均需满足，不满足的视为无效响应。</p> <p>2. 招标文件中技术参数前标注★的为重点参数（共 20 项），投标人所投产品技术参数每有一项优于★技术参数的加 1.5 分，不优于的不得分。</p> <p>3. 技术参数最高得 30 分。</p> <p>注：</p> <p>1. 技术要求中要求提供技术证明文件的技术参数须提供技术证明文件，以证明技术参数及性能的有效性，未提供技术证明文件或提供证明文件不符或提供证明文件无效的视为此项参数不满足。</p> <p>2. 投标人需在技术规格偏离表中列明对技术要求响应有偏离的所有内容，未列明的技术条款视为不满足招标文件要求。</p> <p>3. 投标人提供的各类证件等资料，需在目录内明确标明页码。</p> |
|              |                | 实施方案<br>(5 分)                                                                                  | <p>根据投标人提供的实施方案包括但不限于（供货计划、配送方案、人员安排、应急预案、时间节点、安装调试方案、验收测试内容等）内容进行综合评价：</p> <p>1. 实施方案内容完整、详细，且优于项目需求的，得 5 分；</p> <p>2. 实施方案内容完整，满足项目需求的，得 3 分；</p> <p>3. 实施方案内容不完整或不切合项目需求的，得 0 分。</p>                                                                                                                                                              |
|              |                | 质量保证措施<br>(5 分)                                                                                | <p>根据投标人提供的质量保证措施进行综合打分：</p> <p>1. 质量保证措施内容完整、详细，且优于项目需求的，得 5 分；</p> <p>2. 质量保证措施内容完整，满足项目需求的，得 3 分；</p> <p>3. 质量保证措施内容不完整或不切合项目需求的，得 0 分。</p>                                                                                                                                                                                                       |
|              |                | 培训方案<br>(5 分)                                                                                  | <p>根据投标人提供的培训方案，方案内容应至少包括但不限于：培训目标、培训计划、培训方式、培训内容、培训时间、培训团队人员配置、培训效果验收方法、培训应急方案、对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至使用人员和相关保管人员熟练操作和进行常规维护等。</p> <p>1. 方案内容完整、详细，且优于项目需求的，得 5 分；</p> <p>2. 方案内容完整，满足项目需求的，得 3 分；</p> <p>3. 方案内容不完整或不切合项目需求的，得 0 分。</p>                                                                                                             |
|              |                | <p>注：1. 技术部分由评审小组成员独立评审，投标人的最终得分为评审小组所有成员得分的算术平均值。</p> <p>2. 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### 三、评标办法正文

#### 1. 评标办法

本次评审采用综合评分法。

综合评分法，是指评标委员会按招标文件预先确定的评分标准，对各投标文件需评审的要素（报价和其他非价格因素）进行量化、评审计分，以投标文件综合得分从高到低排序（综合评分相等的，以投标报价低的优先，还相等者以技术部分得分高的优先）依次推荐 3 名中标候选人。

#### 2. 评审标准

##### 2.1 初步评审标准：

- （1）资格评审：见资格审查前附表。
- （2）符合性评审：见评标办法前附表。

##### 2.2 分值构成与评分标准

###### 2.2.1 分值构成

- （1）投标报价：见评标办法前附表；
- （2）商务部分：见评标办法前附表；
- （3）技术部分：见评标办法前附表。

###### 2.2.2 评分标准

- （1）投标报价评分标准：见评标办法前附表；
- （2）商务部分评分标准：见评标办法前附表；
- （3）技术部分评分标准：见评标办法前附表。

#### 3. 评标程序

##### 3.1 资格评审

3.1.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，有一项不符合评审标准的，作废标处理。

##### 3.2 符合性审查

3.2.1 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正：

- （1）投标文件中投标函附录（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标函

附录（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标函附录的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额为准；

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，投标人不确认的，其投标无效。

3.3 投标人有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标，其投标作废标处理：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理人员或者联系人为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件互相混装、混投。

3.4 详细评审

3.4.1 评标委员会按本章详细评审规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第二项详细评审规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 A；

（2）按本章第二项详细评审规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分 B；

（3）按本章第二项详细评审规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分 C。

3.4.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.4.3 投标人得分=A+B+C。

#### 4. 投标文件的澄清和补正

4.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

4.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

4.4 凡超出招标文件规定的或给采购人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评

标时不予考虑。

## 5. 评标结果

5.1 评标委员会按照“评标办法”中的规定推荐中标候选人。

5.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

## 6. 异常低价审查

评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

6.1 投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 50%的，即投标（响应）报价 $<$ 全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 $\times 50\%$ ；

6.2 投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 50%的，即投标（响应）报价 $<$ 通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 $\times 50\%$ ；

6.3 投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45%的，即投标（响应）报价 $<$ 采购项目最高限价 $\times 45\%$ ；

6.4 评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第 1 项至第 4 项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于 30 分钟。其中，属于第 3 项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。



## 第四章 合同条款及格式

(以实际签订为准)

# 政府采购货物买卖合同 (试行)

项目名称：{{项目名称}}

合同编号：{{合同编号}}

甲 方：{{采购人}}

乙 方：{{供应商}}

签订时间：{{签订时间}}

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：{{采购人}}

乙方（全称）：{{供应商}}

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》等，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

### 1. 项目信息

（1）采购项目名称：{{项目名称}}

（2）采购计划编号：{{财政审批编号}}

（3）项目内容：

合同设备清单（规格及技术参数详见乙方投标文件内容及投标承诺）

单位：元

{{合同设备清单}}

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

（4）合同是否分包：☐是 ☒否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

{{供应商}}

### 2. 合同金额

（1）合同金额小写：{{合同金额}}

大写：{{合同金额大写}}

分包金额（如有）小写：

大写：

（2）付款方式（按项目实际勾选填写）：

☐全额付款：（应明确一次性支付合同款项的条件）

☐分期付款：（应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩），其中涉及预付款的：（应明确预付款的支付比例和支付条件）。

### 3. 合同履行

(1) 起始日期: {{服务开始日期}}, 完成日期: {{服务完成日期}}。

(2) 履约地点:

(3) 履约担保: 是否收取履约保证金: ☐是 ☒否

收取履约保证金形式: \_\_\_\_\_

收取履约保证金金额: \_\_\_\_\_

履约担保期限: \_\_\_\_\_

### 4. 合同验收

(1) 验收组织方式: ☐自行组织 ☐委托第三方组织

验收主体: \_\_\_\_\_

验收组织的其他事项: \_\_\_\_\_

(2) 履约验收时间: (计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起 \_\_\_\_\_ 日内组织验收)

(3) 履约验收方式: ☐一次性验收

☐分期/分项验收: (应明确分期/分项验收的工作安排)

(4) 履约验收程序: \_\_\_\_\_

(5) 履约验收的内容: \_\_\_\_\_

(6) 履约验收标准: \_\_\_\_\_

(7) 履约验收其他事项: \_\_\_\_\_

### 5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件, 如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义, 应按以下顺序解释:

(1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议

(2) 政府采购合同专用条款

(3) 政府采购合同通用条款

(4) 中标(成交)通知书

(5) 投标(响应)文件

(6) 采购文件

(7) 有关技术文件、图纸

(8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

### 6. 合同生效

本合同自\_\_\_\_\_生效。

#### 7. 合同份数

本合同一式 \_\_\_\_\_份，甲方执\_\_\_\_\_份，乙方执\_\_\_\_\_份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：{{合同签署时间}}

合同订立地点：\_\_\_\_\_

本合同自甲乙双方加盖公章之日起生效。

| 甲方           |                 | 乙方               |                 |
|--------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 单位名称（公章或合同章） |                 | 单位名称（公章或合同章）     |                 |
|              |                 | 法定代表人或其委托代理人（签章） |                 |
|              |                 | 拥 有 者 性 别        | {{供应商拥有者性别}}    |
| 住 所          |                 | 住 所              | {{供应商住所}}       |
| 联 系 人        |                 | 联 系 人            | {{供应商联系人}}      |
| 联 系 电 话      |                 | 联 系 电 话          | {{供应商联系电话}}     |
| 通 信 地 址      |                 | 通 信 地 址          | {{供应商通信地址}}     |
| 邮 政 编 码      |                 | 邮 政 编 码          | {{供应商邮政编码}}     |
| 电 子 邮 箱      |                 | 电 子 邮 箱          | {{供应商电子邮箱}}     |
| 统一社会信用代码     | {{采购人统一社会信用代码}} | 统一社会信用代码         | {{供应商统一社会信用代码}} |
|              |                 | 开户名称             | {{供应商开户名称}}     |
|              |                 | 开户银行             | {{供应商开户银行}}     |
|              |                 | 银行账号             | {{供应商银行账号}}     |

## 第二节 政府采购合同条款

### 1. 甲方的权利和义务

1.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

1.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

1.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

1.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在\_\_\_\_\_日内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

1.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

1.6 国家法律法规规定应由甲方承担的其他义务和责任。

### 2. 乙方的权利和义务

2.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

2.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

2.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

2.4 国家法律法规规定应由乙方承担的其他义务和责任。

### 3. 合同履行

3.1 甲乙双方履行合同义务的顺序：\_\_\_\_\_；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

3.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

#### 4. 货物包装、运输、保险和交付要求

4.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵采购人指定现场。

4.2 乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

4.3 货物保险要求按采购文件及国家相关规定执行。

4.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

4.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

4.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

#### 5. 质量标准和保证

##### 5.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

##### 5.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。质量保证期：\_\_\_\_\_。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后, 应在\_\_\_\_\_内免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内, 如果货物的质量或规格与合同不符, 或证实货物是有缺陷的, 包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等, 甲方可以根据本合同规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷, 甲方采取必要的补救措施, 但其风险和费用将由乙方承担, 甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

## 6. 权利瑕疵担保

6.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

6.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

6.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的, 则由乙方承担全部责任。

## 7. 知识产权保护

7.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权, 保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的, 应当由乙方方向第三人承担法律责任; 甲方依法向第三人赔偿后, 有权向乙方追偿。甲方有其他损失的, 乙方应当赔偿。

## 8. 保密义务

8.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息, 均有保密义务且不受合同有效期所限, 直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息, 应当承担相应责任。

## 9. 合同价款支付

9.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

9.2 对于满足合同约定支付条件的, 甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户, 不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款, 不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。

## 10. 履约保证金【如有】

10.1 乙方可以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

10.2 如果乙方出现违反合同约定情形的, 履约保证金不予退还; 如果乙方未能按合同约

定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

10.3 甲方在项目通过验收后\_\_\_\_\_内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金。

## 11. 售后服务

11.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- (3) 在\_\_\_\_\_期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
- (4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
- (5) 依照法律、行政法规的规定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务。

11.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

## 12. 违约责任

### 12.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

### 12.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按\_\_\_\_\_执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

### 12.3 迟延支付的违约责任



甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担逾期付款利息。

### 13. 合同变更、中止与终止

#### 13.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款 10% 的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

#### 13.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

#### 13.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

#### 13.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

### 14. 合同分包

14.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标

（响应）文件规定进行合同分包。

14.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

## 15. 不可抗力

15.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

15.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

15.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

## 16. 解决争议的方法

16.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

16.2 选择仲裁的，应通过甲方所在地的仲裁机构；通过诉讼方式解决的，应通过甲方所在地具有管辖权的人民法院。

16.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

## 17. 法律适用

17.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

17.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

## 18. 通知

18.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

18.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更

后 3 日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

18.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

18.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

## 19. 合同未尽事项

19.1 合同未尽事项：\_\_\_\_\_。

19.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第五章 采购需求

### 一、采购货物清单及技术要求

#### (1) 离子色谱仪 1 台

用途、性能：样品中常规无机阴离子、消毒副产物、有机酸等目标物的分析。

| 序号 | 设备名称  | 参数要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 单位 | 数量 |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 1  | 离子色谱仪 | <p>1. 离子色谱系统基本要求</p> <p>★1.1 应用范围：适用于样品中无机阴离子、有机酸等目标物的分析，可以满足 GB/T5750-2023 中生活饮用水中消毒副产物(二氯乙酸、三氯乙酸、溴酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐)分析要求。</p> <p>★1.2 包括高压泵，电动六通阀，保护柱，分析柱，抑制器，电导检测器，柱温箱，泵前脱气,在线淋洗液发生器等。</p> <p>1.3 一针进样同时分析饮用水中 5 种消毒副产物（亚氯酸盐，溴酸盐，氯酸盐，二氯乙酸，三氯乙酸）、碘离子、草甘膦、高氯酸盐和 7 种常规阴离子分析，检测结果：阴离子回收率≥90%；<b>需提供带谱图的分析方法报告。</b></p> <p>1.4 支持测定水中的草甘膦，0.1mg/L 草甘膦标准溶液连续不低于 5 次进样测定，结果保留时间 RSD&lt;0.055%，峰面积 RSD&lt;2.5%，加标回收率≥85%，检出限≤15 μg/L；<b>需提供带谱图的分析方法报告。</b></p> <p>1.5 氢氧根淋洗液一针进样同时检测七种离子：氟、氯、溴、亚硝酸根、硝酸根、硫酸根、磷酸根，且一针样品分析时间不大于 7 分钟，七种离子均可达到基线分离，分离度均大于 1.5。<b>需提供测试图谱。</b></p> <p>2. 高精度输液泵：高压双柱塞泵，泵头泵所有部件含泵外壳、单向阀外壳、单向阀阀芯、管路等均需 PEEK 非金属材质，适合于 pH 为 0~14 的淋洗液及反相有机溶剂。</p> <p>2.1 流速范围：0.00-5.00 mL/min</p> <p>2.2 最大压力：不低于 34Mpa(5000psi)</p> <p>3 阴离子色谱分离系统</p> <p>3.1 色谱柱系统：兼容氢氧根淋洗液梯度洗脱，耐受 0-14 的 pH 工作范围，耐受 2.0mL/min 及以上的流速,同品牌色谱柱柱容量不小于 200 μeq/根。</p> <p>3.2 Cl<sup>-</sup>: NO<sup>2-</sup>的分离能力可达到 10000: 1，适用于高氯基体样品中痕量亚硝酸盐的分析。</p> <p>3.3 柱温箱：温度范围不低于室温+5℃至 60℃。</p> <p>3.4 抑制器：原厂生产自动电解连续再生微膜抑制器，无需外加酸进行化学再生，抑制背景总电导小于 5.0 μS。</p> <p>4. 电导检测器：</p> <p>4.1 全程信号输出范围：0-15000 μS/cm。</p> <p>4.2 检测器耐受最大压力：不低于 8Mpa(1200psi)。</p> <p>4.3 检测器分辨率：不高于 0.003nS/cm。</p> <p>4.4 信号采集频率：信号采集频率可调，并且最大采集频率不低于 90Hz。</p> <p>5. 自动进样器：与离子色谱仪主机为同一品牌,样品位数不小于 50 位。(5ml 样品瓶)</p> | 台  | 1  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | <p>6.在线电解淋洗液发生器</p> <p>★6.1 淋洗液罐耐压:不低于 34Mpa(5000psi),兼容高压色谱柱, 需提供制造商盖章的实际软件截图。</p> <p>6.2 提供等度和高压多步梯度, 不小于 9 个梯度。</p> <p>6.3 淋洗液监视器: 可实时监控淋洗液容量。</p> <p>★6.4 梯度精度: <math>\leq 0.2\%</math>, 需提供 0.1-100mmol/L KOH 缓慢变化的梯度色谱图及 6 针重复性谱图作为证据。</p> <p>7.软件:</p> <p>7.1 操作界面模拟办公软件操作系统易于学习和操作。样品列表中已采集数据的样品具有色谱图缩略显示功能, 不用打开具体谱图即可看到样品大概组成及含量信息。</p> <p>★7.2 配备虚拟柱软件技术, 模拟本公司 10 款以上阴离子色谱柱对 30 种以上阴离子和有机酸的分离效果, 可帮助进行快速方法开发及辅助未知物定性, 需提供制造商盖章的实际软件截图。</p> |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

### 离子色谱仪仪器配置清单

| 序号 | 名称                                                        | 单位 | 数量  | 备注 |
|----|-----------------------------------------------------------|----|-----|----|
| 1  | 离子色谱仪主机 (含输液泵和电导检测器)                                      | 台  | 1   |    |
| 2  | 高精度输液泵                                                    | 套  | 1   |    |
| 3  | 电导检测器                                                     | 套  | 1   |    |
| 4  | 连续自动再生阴离子抑制器                                              | 套  | 1   |    |
| 5  | 消毒副产物专用阴离子分离柱 (250 mm*4 mm)                               | 套  | 1   |    |
| 6  | 消毒副产物专用阴离子保护柱 (50 mm*4 mm)                                | 套  | 1   |    |
| 7  | 柱温箱                                                       | 套  | 1   |    |
| 8  | 自动进样器主机                                                   | 套  | 1   |    |
| 9  | 样品瓶                                                       | 个  | 100 |    |
| 10 | 在线淋洗液发生器                                                  | 套  | 1   |    |
| 11 | 阴离子抑制器                                                    | 套  | 1   |    |
| 12 | 氢氧根体系淋洗罐                                                  | 套  | 1   |    |
| 13 | 配套管线, 接头等耗材                                               | 套  | 1   |    |
| 14 | 配套品牌电脑 (配置不低于 i7, 16G 内存, 1TB 硬盘, WIN10 专业版系统, 27 寸液晶显示器) | 套  | 1   |    |
| 15 | 配套打印机 (配置不低于 A4 激光打印机, 打印/复印/扫描三合一, 自动双面)                 | 套  | 1   |    |

(2) 多功能进样平台 1 台；

用途、性能：满足饮用水检测要求，实现多种样品前处理和进样。

| 序号 | 设备名称      | 参数要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 单位 | 数量 |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 2  | 多功能进样平台仪器 | <p>★一、系统需集成液体进样、顶空进样、固相微萃取（SPME）三种功能，可实现多种样品前处理及进样模式的切换，固相微萃取、顶空进样等序列表格等只需要编辑一次。</p> <p>★1.核心功能要求<br/>需具备半挥发性有机物（SVOC）的串接气质分析解决方案，可实现固相微萃取提取全流程自动化。臂长：X 主轴 ≥ 850mm，定位精度 ≤ 0.1mm。</p> <p>★1.1 配置不少于四位工具切换支架作为针座收集工具，便于进样针座的收纳。（需提供技术文件和实物图片）</p> <p>2.液体进样功能要求</p> <p>2.1.液体进样位：≥160 位（适配 2mL 样品瓶），支持升级扩展。</p> <p>2.2 进样体积范围：1 μL~10 μL，进样精度满足仪器行业相关标准。</p> <p>2.3 配合大体积进样口可进行大体积进样，无需通过溶剂蒸发浓缩样品。</p> <p>★2.4 样针清洗：同时兼容 10mL 或 20mL 洗针瓶 ≥ 5 位，提供多种洗针溶剂瓶的选择。（需提供制造商彩页和技术证明书）</p> <p>2.5 可智能识别和追溯记录进样针使用时间和次数等历史信息。</p> <p>3.顶空进样功能要求</p> <p>3.1 采用顶空气密针进样方式进样。</p> <p>3.2 气密针清洗方式：采用惰性气体自动吹扫清洗方式。</p> <p>3.3 同一个序列列表可以设置不同的顶空方法参数，如温度、孵化时间等，方便顶空方法开发和技术参数优化。（提供软件序列列表设置不同参数条件截图证明）</p> <p>3.4 气密针规格：标配 2.5mL 顶空气密针。</p> <p>3.5 10mL 或 20mL 样品瓶容量：≥45 位。</p> <p>3.6 气密针加热温度：最高加热温度 ≥ 150℃。</p> <p>3.7 配置样品瓶振荡加热器，加热位数 ≥ 6 个；样品瓶中无需放置磁力搅拌子，可适用于 10mL 或 20mL 样品瓶，加热温度：最高不低于 200℃，±1℃ 增量可调；振荡速率：可设定，±1rpm 增量可调，间歇式启动和停歇时间可设定；加热时间设定：最大 999min，1sec 增量可调。</p> <p>3.8 顶空瓶兼容性：支持 10mL 规格顶空瓶，无需更换配件即可切换使用。</p> <p>4.固相微萃取（SPME）功能要求</p> <p>4.1 适配智能芯片固相微萃取头，针座可同时兼容固相微萃取头和箭形固相微萃取头。</p> <p>4.2 样品处理量：≥45 位，适配 10mL、20mL 样品盘，满足批量样品处理需求。</p> <p>4.3 萃取模式：支持液体 SPME、顶空 SPME 两种萃取模式，可</p> | 台  | 1  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | <p>根据样品类型灵活切换。</p> <p>4.4 同一个序列表可以设置不同的固相微萃取方法参数，如温度、孵化时间等，方便固相微萃取方法开发和技术参数优化。<br/>(提供软件序列表设置不同参数条件截图证明)</p> <p>4.5 加热搅拌器：配置≥6 位加热搅拌模块，温度调节范围 40℃~200℃，支持 1℃梯度增量调节，与顶空进样功能共用或独立控制均可。</p> <p>4.6 可智能识别和追溯记录萃取头使用时间和次数等历史信息。</p> <p>二、控制软件和数据处理系统技术要求</p> <p>5.1 配置专用的电脑端控制软件，并且可以与色谱仪或色谱质谱仪软件实现同步通讯，实现液体进样批处理和定位步骤的全面控制；兼容采购人现使用中的色谱仪器（安捷伦）。</p> <p>5.2.系统控制能力：软件系统须完全兼容并控制固相微萃取模块、三合一自动进样器、气相色谱质谱仪，实现仪器功能配置、分析条件优化、数据采集、数据处理全流程自动化。</p> <p>5.3 数据处理功能：具备自动定量分析功能，支持质谱数据解析、谱库建立与谱库检索功能。</p> <p>5.4 模拟运行功能：固相萃取系统软件须具备方法模拟运行功能。</p> <p>★ 5.5 终身软件免费升级，且序列表格等只需要编辑一次。<br/>(需提供技术文件及软件截图证明)</p> |  |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

#### 多功能进样平台仪器配置清单

| 序号 | 名称                        | 单位 | 数量 | 备注 |
|----|---------------------------|----|----|----|
| 1  | 多功能自动进样器主机                | 台  | 1  |    |
| 2  | 10 μL 液体进样针座              | 个  | 1  |    |
| 3  | 10 μL 液体进样针               | 支  | 2  |    |
| 4  | 2.5mL 顶空进样针座              | 个  | 1  |    |
| 5  | 2.5mL 顶空进样针               | 支  | 2  |    |
| 6  | 样品托盘支架                    | 个  | 1  |    |
| 7  | 2mL 样品瓶托盘                 | 个  | 2  |    |
| 8  | 2mL、10mL 多规格混合样品盘         | 套  | 1  |    |
| 9  | 10/20mL 样品瓶托盘             | 个  | 3  |    |
| 10 | 250mL 样品瓶托盘               | 个  | 1  |    |
| 11 | 固相微萃取模块                   | 套  | 1  |    |
| 12 | 振荡加热孵化器                   | 个  | 1  |    |
| 13 | 2mL 样品瓶套装（含盖垫 100 个/盒）    | 盒  | 1  |    |
| 14 | 20mL 顶空样品瓶套装（含盖垫 100 个/盒） | 盒  | 1  |    |
| 15 | 250mL 样品瓶                 | 个  | 1  |    |
| 16 | 四位针座存储模块                  | 个  | 1  |    |

## 其他要求

1. 设备材质：与样品接触的部件须采用惰性材料，耐腐蚀性强，无样品吸附。
2. 安全性：设备须具备过载保护、温度报警、泄漏检测等安全功能，符合实验室仪器安全标准。
3. 配套服务：响应人须提供设备安装调试、操作培训、技术支持等全套服务，质保期符合行业惯例及招标文件商务条款要求。
4. 售后服务：质保期 3 年（自验收合格之日起计算），质保期内提供免费维修、更换故障零部件服务；接到故障通知后 2 小时内响应，48 小时内到场维修，质保期外提供终身技术支持及成本价配件供应。

### （3）病原微生物基因组分析软件 1 套；

用途、性能：用于对细菌、病毒等病原测序原始数据开展自动化基因解析、分型、耐药毒力注释、毒株溯源与变异预警，搭载多模块自研分析流程与大容量病原数据库，高性能算力可批量完成进化树构建、未知病原识别并生成标准化上报文件，支撑传染病监测与疫情溯源研判。

| 序号 | 设备名称         | 参数要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 单位 | 数量 |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 3  | 病原微生物基因组分析软件 | <p>一、软件要求</p> <p>★1. 软件均提供图形操作界面，一键完成全部分析流程；兼容二代及三代测序平台数据，支持单样本与多样本自动导入。支持样本信息录入、编辑、删除及批量导入；支持原始下机数据及组装基因组文件批量导入；可按筛选条件批量导出样本基本数据及分析结果，必须覆盖 8 组模块齐全。</p> <p>模块一：细菌基因组分析与监测系统</p> <p>2. 提供覆盖细菌全基因组分析的自动化方案，搭载自有核心算法。支持从原始数据一键启动，涵盖质控、组装、物种鉴定、血清型分型、MLST/cgMLST 分型、SNP 分析、耐药与毒力注释及移动元件分析，并可构建物种溯源，生成可视化监测与预警图形（提供软件截图）。</p> <p>★3. 采用国家级病原鉴定基因组数据库，涵盖≥500 种以上有明确感染史的病原菌，提供本地化 BLAST 比对；MLST 分型支持≥200 种以上物种；自建 cgMLST 分型体系支持≥100 种物种，血清型覆盖≥10 种（含沙门氏菌、肺炎克雷伯菌、大肠杆菌、肺炎链球菌、副溶血性弧菌、霍乱弧菌、志贺菌、猪链球菌、流感嗜血杆菌、布鲁氏菌等）（提供软件截图，≥10 份不同物种测试报告）。</p> <p>4. 支持多组数据在 cgMLST、SNP 分析时自动构建进化树，具备≥3 种可视化展示方式；支持自定义显示信息及样式调整，可查看各样本间差异基因矩阵，并支持图谱及统计数据导出。</p> <p>★5. 开展细菌菌种鉴定所采用的参考基因组，需与国家致病菌识别网保持统一；且导出文件能够正常完成国家致病菌识别网监测平台的上传工作。</p> | 套  | 1  |



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p>★6. 系统应具备批量导出能力，可输出.cpin 格式样本加密文件与基因组序列加密文件。（<b>提供操作界面截图、上传成功结果截图以及.cpin 格式样例文件</b>）</p> <p>模块二：宏基因组分析系统</p> <p>7. 宏基因组模块基于自主研发流程，一键完成宏基因组数据质控、物种分类、序列组装、分箱及 VF、Pfam、Swissprot、COG、KEGG-KO、CARD 等功能注释；支持 16S/18S/ITS 扩增子数据的单样本物种组成及多样本多样性比较分析。比对数据库采用国家级病原鉴定基因组数据库，单次识别≥80000 条物种信息（<b>提供软件截图</b>）。</p> <p>模块三：未知病原分析与监测系统（mNGS）</p> <p>8. 未知病原鉴定分析比对国家级病原鉴定基因组数据库，排除非感染相关微生物及定植菌后进行病原鉴定，结果按细菌、真菌、DNA 病毒、RNA 病毒、其他病毒、寄生虫分类，计算各属相对丰度与序列数及各物种序列数、相对丰度、基因组覆盖度；依据人间感染名录及感染部位标注可疑致病微生物。耐药基因注释基于不少于两个数据库，毒力基因注释基于不少于一个数据库；结果支持导出 Excel 及 Word 报告。</p> <p>9. 系统自动整合样本信息与病原检出结果，生成血液、呼吸道等不同症候群的病原谱、抗生素谱、耐药谱监测图谱，并对高危病原自动预警，可视化图形至少包括地图、树图、饼图、桑基图、热图等（<b>提供软件截图</b>）。</p> <p>模块四：病毒基因组分析与监测系统</p> <p>10. 病毒模块支持从原始数据一键完成质控、组装拼接、亚型分析、SNP 分析、谱系鉴定及基因功能注释；数据库涵盖≥13000 种物种及≥15000 种亚种分析，内置 KEGG、Uniprot、RefSeq、GenBank、emmaper、Pfam 等至少 6 种功能数据库；支持本地 BLAST 比对及系统发育进化树构建。</p> <p>11. 病毒模块提供溯源分析，通过序列比对与系统发育树构建推断毒株间传播关系。支持识别上传序列与参考序列间的 SNP 变异，“物种概览”子页面提供生物学与生物信息学总结及序列分布的时空可视化（<b>提供数据库及多态性变异分析实测证明</b>）。</p> <p>模块五：流感病毒基因组分析与监测系统</p> <p>12. 流感病毒模块可实现数据质控、基因组组装拼接、SNP 分析及基因功能注释的全流程自动化处理，并生成可视化监测与预警图形。分析结果须包含 8 个节段比对覆盖度图谱、各亚型序列数及占比，并基于人工智能模型计算变异位点风险等级（<b>提供软件截图</b>）。</p> <p>模块六：新冠病毒变异监测预警可视化系统</p> <p>13. 新冠模块用于新冠病毒毒株及污水等环境样本分析，支持变异位点精准注释，基于机器学习模型评估变异对传播性、免疫逃逸及检测试剂、抗体有效性的风险；支持潜在重组体分析及变异频率、变异速率检测；基于流调信息与变异分析结果完成变异速率及谱系关联监测，生成预警图谱（<b>提供软件截图</b>）。</p> <p>模块七：宏病毒组分析系统</p> <p>14. 宏病毒组分析模块可一键完成数据质控、去宿主、物种分类、组装及序列评估与注释。评估指标包括 reads 数、</p> |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | <p>reads 长度、GC 含量及测序质量，并过滤低质量 reads；质控后去除宿主数据并获得物种分类结果；组装后完成 contig 完整性与污染度评估，进行基因预测并提供 gff 文件下载；自动化完成 UniProt、RefSeq、KEGG、GenBank 等数据库注释并提供结果下载。</p> <p>模块八：合胞病毒分析与监测系统</p> <p>15. 合胞病毒分析模块支持测序数据质控、最近缘基因组比对、基因组组装及质量评估、变异检测、支系分析及基因功能预测；支持多序列比对，包括系统发育进化树、同源性比对、SNP 特异性比对；提供本地化高质量公共数据库，完成自有数据与公共数据的 BLAST 比对及进化树构建（<b>提供软件截图</b>）。</p> <p>二、通用功能：样本数据管理</p> <p>1. 各模块均须配备样本数据管理功能，支持样本信息录入、编辑、删除及批量导入；支持原始下机数据及组装基因组文件的批量导入，不限测序平台，并与样本信息自动关联；支持按筛选条件批量导出样本基本数据及分析结果。</p> <p>PFGE 分析系统</p> <p>★2. 可用于 PFGE 指纹图谱条带识别分析，支持脉冲场凝胶电泳（PFGE）条带图谱在线分析识别，具备泳道识别、泳道确认、图谱校正、条带标定（样本条带识别）、分型结果生成等 PFGE 图谱识别分析功能；设备输出的指纹图谱结果文件，需满足国家致病菌识别网质控标准数据格式要求。</p> |  |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

#### 病原微生物基因组分析软件设备软硬件配置清单

| 序号 | 名称                                                                                  | 单位 | 数量 | 备注 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|
| 1  | 满足招标参数的病原微生物分析服务器（CPU：不低于 20 核/40 线程；内存：≥256G；固态硬盘：≥8TB；机械硬盘：≥16TB；其它：高清显示器≥ 30 英寸） | 台  | 1  |    |
| 2  | 满足招标参数的细菌基因组分析与监测系统                                                                 | 套  | 1  |    |
| 3  | 满足招标参数的宏基因组多样性和差异化分析系统                                                              | 套  | 1  |    |
| 4  | 满足招标参数的未知病原分析与监测系统（mNGS）                                                            | 套  | 1  |    |
| 5  | 满足招标参数的病毒基因组分析与监测系统                                                                 | 套  | 1  |    |
| 6  | 满足招标参数的流感病毒基因组分析与监测系统                                                               | 套  | 1  |    |
| 7  | 满足招标参数的宏病毒组分析系统                                                                     | 套  | 1  |    |
| 8  | 满足招标参数的新冠病毒变异监测预警可视化系统                                                              | 套  | 1  |    |
| 9  | 满足招标参数的合胞病毒分析与监测系统                                                                  | 套  | 1  |    |
| 10 | 满足招标参数的 PFGE 分析系统                                                                   | 套  | 1  |    |
| 11 | 配套品牌电脑（配置不低于 i5，16G 内存，1TB 固态硬盘，WIN10 专业版系统，24 寸液晶显示器）                              | 台  | 2  |    |
| 12 | 配套 A3 黑白打印复印机（打印速度不低于 25 页/分钟，网络双面打印，双面输稿器，扫描文件到 U 盘）                               | 台  | 1  |    |

其他要求：

## 1. 技术服务要求

- 1.1 投标人应提供全套、完整的技术资料，包括产品应用说明书、操作手册、维护保养说明等；
- 1.2 设备安装、调试和验收要求：设备到达采购人现场并且实验室条件合格后，在接到采购人通知后需安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试设备，设备安装调试需在 10 日内完成。安装前，提供安装条件、用水用电条件说明；
- 1.3 培训要求：安装验收后，制造商在采购人所在地或采购人指定在线会议方式对采购人进行设备操作和日常维护的培训。包括设备使用方法和维护方法等。

## 2. 质量保证要求

保修期：主机及相关配套设备保修期 5 年，软件及数据库免费维护及升级终身。自设备验收合格之日起计算。保修期内应提供免费保修。

### （4）全自动微生物药敏分析仪 1 台；

用途、性能：全自动完成样本接种、孵育与药敏判读，高通量同步检测多种致病菌对百余类抗菌药物的敏感性，最快 4 小时出具 MIC 耐药结果，配套判读软件自动修正结果、一键生成流行病学统计上报数据。

| 序号 | 设备名称     | 参数要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 单位 | 数量 |
|----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 4  | 全自动药敏分析仪 | <p>一、配置及技术要求</p> <p>1. 检测原理：采用动态荧光增强检测技术或比色法，快速检测反映孔种药物作用病原菌后的菌体生长增殖情况；</p> <p>2. 药敏卡：免污染全密闭式设计杜绝生物污染，可实现定量自动加样；每张药敏卡预设独立二维码保证不同样本检测的唯一溯源性；</p> <p>3. 温度调节：12℃~45℃，精准度在±1℃；</p> <p>★4. 容量：仪器可滚动检测≥48 个标本，随到随检，检测完成后自动弃样，并具有废弃卡箱满箱自动报警功能；</p> <p>5. 药敏卡：面向致病菌识别网、食源性风评等项目，可根据实际检测需求定制不同的药敏板条；支持其他满足国家规范要求、行业标准的所有产品；</p> <p>★6. 药敏数量：≥96 个反应孔设计，包含预设阳性对照孔；</p> <p>★7. 包含≥120 种抗菌药物，药物连续浓度梯度监测≥12 个；</p> <p>8. 报告药敏时间：上样后 18~24 个小时内出具报告；</p> <p>9. 仪器配有 LED 显示屏，对内部温度及卡位数量实时监测；</p> <p>10. 数据采集模式：动态采集检测孔的信号；</p> <p>★11. 操作软件：实现对药敏仪仪器的自动工作流程进行操作设置，可自动控制仪器完成药敏卡加载、菌液分配、孵育、检测、废卡卸载和报告全工作流程；</p> <p>12. 分析软件：参照最新版 CLSI、EUCAST 药物敏感性标准文件提示耐药表型；</p> <p>13. 结果自动修正，减少人工复核工作；</p> | 台  | 1  |

|  |  |                                                                              |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  | 14. 能进行各种类型数据分析，包括流行病学统计分析，可转换为国家上报系统格式，一键完成上传工作。<br>★15. 长度≤960mm，宽度≤700mm。 |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------|--|--|

### 全自动药敏分析仪配置清单

| 序号 | 名称                                                                                       | 单位 | 数量 | 备注 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|
| 1  | 满足招标参数的药敏分析仪主机                                                                           | 台  | 1  |    |
| 2  | 满足招标参数的药敏分析仪内置软件                                                                         | 套  | 1  |    |
| 3  | 显示器：（≥21 英寸）                                                                             | 台  | 1  |    |
| 4  | 沙门氏菌血清型鉴定软件                                                                              | 套  | 1  |    |
| 5  | 满足食源性项目方案的革兰氏阴菌药敏板≥3 盒、革兰氏阳性菌药敏板≥3 盒                                                     | 套  | 1  |    |
| 6  | 满足致病菌识别网项目方案革兰氏阴菌药敏板（鲍曼不动杆菌耐药检测）≥3 盒、革兰氏阳性菌药敏板（金黄色葡萄球菌耐药监测）≥3 盒、革兰氏阳性菌药敏板（肺炎链球菌耐药检测）≥3 盒 | 套  | 1  |    |
| 7  | 配套比浊仪（测量范围 0.1-5 麦氏单位，麦氏单位精确度 ±0.1，透光率百分比精确度 ±1.5%）                                      | 台  | 1  |    |
| 8  | 医用冷藏冷冻箱（有效容积≥319L，冷藏室容积≥219L，冷冻室容积≥100L）                                                 | 台  | 5  |    |
| 9  | 配套品牌电脑（配置不低于 i5，16G 内存，1TB 固态硬盘，WIN10 专业版系统，24 寸液晶显示器）                                   | 台  | 1  |    |

### 其他要求：

#### 1. 技术服务

1.1 提供全套、完整的技术资料，包括仪器说明书、操作手册、维护保养说明等；

1.2 仪器安装、调试和验收：仪器到达采购人现场并且实验室条件合格后，在接到采购人通知后需安排有经验的工程技术人员到采购人现场安装、调试仪器，设备安装调试需在 3 日内完成。安装前，提供安装条件、用水、用电条件说明；

1.3 培训要求：安装验收后，在采购人所在地对采购人进行仪器操作和日常维护的现场培训。包括仪器原理、使用方法和维护方法等；

1.4 供应商须提供该设备安装后首次计量检定或校准的免费服务承诺。

#### 2. 质量保证

主机及相关配套设备保修期 3 年，自设备验收合格之日起计算。保修期内提供免费保修，提供终身维修服务，软件终身免费升级。

#### 3. 制造商在中国境内的售后服务体系

3.1 24 小时电话服务，无节假日，免费提供中文咨询电话技术支持服务，解答用户在系统使用中遇到的问题；

3.2 响应时间：接到用户报修通知后，4 小时内需做出响应，24 小时内到达用户现场予以维修，直到解除故障为止；

3.3 服务团队：售后服务团队需迅速达到采购人现场。维修工程师需拥有丰富的维修经验。

## 二、履约验收

采购人根据国家有关规定、招标文件、成交供应商的响应文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有异议，以相关质量技术监督检验机构的检验结果为准，如产生检验检测费用，则该费用由过失方承担。

注：货物因质量问题不能通过验收，由成交人承担一切损失。

## 三、售后服务

供应商须在投标文件中承诺：质保期内提供免费全套售后服务；质保期满后接到报修后，48 小时内安排技术人员到场维修，上门服务免收人工费、出场费，仅据实收取配件材料费。未提供承诺书的，投标文件按无效投标处理。（提供承诺书）

## 第六章 投标文件格式

(项目名称)

---

# 投标文件

采购编号：

投标人：(全称并加盖电子公章)

法定代表人或委托代理人：(签字或电子签章)

年 月 日

## 目 录

- 一、投标函及投标函附录
- 二、投标报价明细表、货物技术偏离表、配置清单
- 三、法定代表人身份证明及授权委托书
- 四、资格审查资料
- 五、商务部分
- 六、技术部分
- 七、投标人认为有需要提供的内容

## 一、投标函及投标函附录

### （一）投标函

致：\_\_\_\_\_（采购人名称）

我们收到了贵单位采购编号为\_\_\_\_\_的招标文件，经详细研究，我们决定参加该项目投标，我们郑重声明以下诸点并负法律责任。

（1）我方愿按照招标文件中的规定和要求，对于\_\_\_\_\_（项目名称），以人民币（大写）：\_\_\_\_\_（小写：\_\_\_\_\_）为投标总报价。

（2）一旦我方中标，我方保证在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

（3）我们同意按招标文件中的规定，认定本投标文件的有效期为投标截止日期起 90 日历天。我方同意本投标文件在投标截止期开始对我方有约束力，并在投标有效期截止前一直对我方有约束力。如果中标，有效期延长至合同终止日止。

（4）我们愿提供招标文件中要求的所有文件资料，并保证资料的真实性。

（5）我们已经详细审核了全部招标文件，包括修改、补充的文件（如果存在），我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

（6）在制定和执行正式合同之前，本投标文件、招标文件连同成交通知书等，应构成我们双方之间有约束力的合同。

（7）一旦我方中标，我方愿按照国家有关规定，向招标代理机构交纳招标代理服务费。

（8）我们愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

投标人：（全称并加盖电子公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或电子签章）

地 址：

电 话：

年      月      日



## （二）投标函附录

|          |                            |
|----------|----------------------------|
| 项目名称     |                            |
| 投标人名称    |                            |
| 采购内容     | 符合第五章采购需求。                 |
| 投标总报价（元） | 小写：<br>大写：                 |
| 各单项报价（元） | 离子色谱仪<br>小写：<br>大写：        |
|          | 多功能进样平台<br>小写：<br>大写：      |
|          | 病原微生物基因组分析软件<br>小写：<br>大写： |
|          | 全自动微生物药敏分析仪<br>小写：<br>大写：  |
| 质量要求     |                            |
| 合同履行期限   |                            |
| 质保期      |                            |
| 投标有效期    |                            |
| 备 注      |                            |

注：1. 以上报价应与“投标报价明细表”中的总报价相一致，投标报价不得填报选择性报价，否则视为无效投标。

2. 投标人报价是指满足采购需求所需的全部费用。投标人的投标报价均需要包括所投内容全部价款、相关税款等与采购项目相关的必须的款项及费用。

投标人（全称并加盖电子公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或电子签章）：

年    月    日

## 二、投标报价明细表、货物技术偏离表、配置清单

### （一）投标报价明细表

项目名称:

| 序号  | 货物名称            | 制造商 | 产地 | 品牌 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) |
|-----|-----------------|-----|----|----|-------|----|----|-------|-------|
| 1   |                 |     |    |    |       |    |    |       |       |
| 2   |                 |     |    |    |       |    |    |       |       |
| 3   |                 |     |    |    |       |    |    |       |       |
| 4   |                 |     |    |    |       |    |    |       |       |
| 5   |                 |     |    |    |       |    |    |       |       |
| ... |                 |     |    |    |       |    |    |       |       |
|     | 总报价(元)： 大写： 小写： |     |    |    |       |    |    |       |       |

注：1. 表中的项目名称及数量包含但不限于招标文件第五章“采购需求”的相应内容，如有漏项视为已包含在总报价中。采购人不再支付任何费用。

2. “投标报价”合计金额应与投标函附录一致。

投标人（全称并加盖电子公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或电子签章）：

年 月 日

## (二) 货物技术偏离表

项目名称：

| 序号  | 货物名称 | 招标文件要求技术参数 | 投标文件技术参数 | 偏离情况 | 备注 |
|-----|------|------------|----------|------|----|
| 1   |      |            |          |      |    |
| 2   |      |            |          |      |    |
| 3   |      |            |          |      |    |
| 4   |      |            |          |      |    |
| 5   |      |            |          |      |    |
| ... |      |            |          |      |    |

- 注：1. 本表按照招标文件第五章采购需求中的参数与投标人匹配的参数对比（偏离情况填写：正偏离、负偏离、无偏离）。
2. 投标人必须据实填写，逐条列明，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。
3. 投标人可根据需要自行增减表格行数。

投标人（全称并加盖电子公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或电子签章）：

年 月 日

### （三）配置清单

1. 离子色谱仪仪器配置清单
2. 多功能进样平台仪器配置清单
3. 病原微生物基因组分析软件设备软硬件配置清单
4. 全自动药敏分析仪配置清单

### 三、法定代表人身份证明及授权委托书

#### 法定代表人身份证明

投标人名称： \_\_\_\_\_

地 址： \_\_\_\_\_

成立时间： \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_ 月 \_\_\_\_ 日

姓名： \_\_\_\_\_ 性别： \_\_\_\_\_ 年龄： \_\_\_\_\_ 职务： \_\_\_\_\_ 系（投标人名称）\_\_\_\_\_ 的法定代表人。

特此证明。

附：投标人法定代表人身份证正、反面扫描件

投标人：（全称并加盖电子公章）

法定代表人（签字或电子签章）：

年 月 日

## 法定代表人授权委托书

（委托代理人参加投标的提供此委托书）

本人\_\_\_\_\_（姓名）系 \_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人，现委托\_\_\_\_\_（姓名）  
为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改  
\_\_\_\_（项目名称）\_\_\_\_投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

**附：法定代表人、授权代理人身份证明正、反面扫描件**

投标人：（全称并加盖电子公章）

法定代表人：（签字或电子签章）

年 月 日

## 四、资格审查资料

### （一）投标人基本情况表

|       |     |       |      |  |
|-------|-----|-------|------|--|
| 投标人名称 |     |       |      |  |
| 注册地址  |     |       | 邮政编码 |  |
| 联系方式  | 联系人 |       | 电话   |  |
|       | 传真  |       | 网址   |  |
| 法定代表人 | 姓名  |       | 电话   |  |
| 成立时间  |     | 员工总人数 |      |  |
| 营业执照号 |     |       |      |  |
| 开户银行  |     |       |      |  |
| 账号    |     |       |      |  |
| 注册资金  |     |       |      |  |
| 经营范围  |     |       |      |  |
| 备注    |     |       |      |  |

备注：本表后应附营业执照等相关材料。

## （二）供应商资格承诺书

### 1. 资格条件承诺函

致\_\_\_\_\_（采购人名称）\_\_\_\_\_：

**我方承诺遵守有关国家法律、法规和条例，并满足以下条件：**

- （1）具有独立承担民事责任的能力（具有独立法人资格和有效的营业执照）；
- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （5）参加采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我方对上述承诺的真实性负责，在评审环节结束后，自愿接受采购单位（采购代理机构）的检查核验，配合提供相关证明材料，证明符合供应商资格条件。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

特此承诺。

投标人（全称并加盖电子公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或电子签章）：

年 月 日



## 2. 信誉承诺书

致\_\_\_\_\_（采购人名称）\_\_\_\_\_：

我单位在参加本次采购项目活动中，作出如下承诺：

我单位在参加本次采购项目活动中，在递交报价响应文件截止时间前，我单位未被列入“信用中国”网站“重大税收违法失信主体”、“中国政府采购”网站“政府采购严重违法失信行为记录名单”、“中国执行信息公开网”网站“失信被执行人”的不良记录，我单位对此予以承诺，如采购人（代理机构）通过网上查询发现我单位有不符合该承诺的情形，我单位放弃响应资格，并接受采购人及相关主管部门的处理与处罚。

特此承诺。

投标人（全称并加盖电子公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或电子签章）：

年 月 日

### 3. 联合体协议书（如有）

（所有成员单位名称）\_\_\_\_\_自愿组成（联合体名称）\_\_\_\_\_联合体，共同参加\_\_\_\_\_（项目名称）。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. （\_\_\_\_\_）为联合体牵头人，\_\_\_\_\_为联合体成员；

2. 联合体内部有关事项规定如下：

2.1 联合体由牵头人负责与采购人联系；

2.2 合同项目一切工作由联合体牵头人负责组织，由联合体各方按内部划分比例或内容具体实施；

2.3 联合体将严格按照招标文件的各项要求，切实执行一切合同文件，共同承担合同约定的一切义务和责任，同时按照内部划分的职责，各自承担自身的责任和风险；

2.4 联合体内部各自按下列分工负责本项目工作：

牵头人（单位名称：\_\_\_\_\_）承担\_\_\_\_\_项目的\_\_\_\_\_工作；联合体成员（单位名称：\_\_\_\_\_）承担该项目的\_\_\_\_\_工作。

2.5 联合体全体成员一致保证，未全面、按时、正确履行与采购方的相关合同的，联合体全体成员共同对采购人承担连带责任。

2.6 联合体牵头人关于本项目签署的资料、承诺、与采购人达成的意向等，其他联合体成员均予以认可。

3. 联合体牵头人应将本协议书送交采购人。

4. 本协议书自签署之日起生效，至各方履行完合同全部义务后自行失效，并随合同的终止而终止。

5. 本协议书正本一式\_\_\_\_\_份，联合体成员各执壹份，送交采购人壹份；副本一式\_\_\_\_\_份，联合体成员各执壹份，送交采购人壹份。

牵头人：\_\_\_\_\_（全称并加盖电子公章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或电子签章）

成员一：\_\_\_\_\_（全称并加盖电子公章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或电子签章）

.....

年 月 日

（应填写发布招标公告日至投标截止日之间的日期）

#### 4. 直接控股、管理关系承诺书

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动（提供承诺书，如联合体投标，联合体各方均提供）。

## 五、商务部分

## 六、技术部分

## 七、投标人认为有需提供的其他内容

招标文件中要求的或供应商认为应附的其他资料等

## 附件:中小企业证明材料

### (一) 中小企业声明函(货物)

本公司郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定,本公司参加(单位名称)的(项目名称)采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下:

1. (标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业); 制造商为(企业名称),从业人员\_\_\_\_人,营业收入为\_\_\_\_万元,资产总额为\_\_\_\_万元<sup>1</sup>,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

2. (标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业); 制造商为(企业名称),从业人员\_\_\_\_人,营业收入为\_\_\_\_万元,资产总额为\_\_\_\_万元<sup>1</sup>,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

投标人(全称并加盖电子公章): \_\_\_\_\_

日 期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## （二）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（全称并加盖电子公章）：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

（注：不符合的不提供本函）



(三) 附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（原件扫描件）

投标人（全称并加盖电子公章）：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

（注：不符合的不提供本函）

#### （四）关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （产品名称 1\_\_\_\_\_）<sup>1</sup>，生产厂为（厂名\_\_\_\_\_）<sup>2</sup>，厂址为（生产厂址\_\_\_\_\_）。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比\_\_\_\_\_  $\geq$  （规定比例）<sup>3</sup>。  
（产品名称 1\_\_\_\_\_）的（关键组件\_\_\_\_\_）<sup>4</sup> 在中国境内生产。（产品名称 1\_\_\_\_\_）的（关键工序\_\_\_\_\_）<sup>5</sup> 在中国境内完成。

2. （产品名称 2\_\_\_\_\_），生产厂为（厂名\_\_\_\_\_），厂址为（生产厂址\_\_\_\_\_）。  
（产品名称 2）的中国境内生产的组件成本占比\_\_\_\_\_  $\geq$  （规定比例）。（产品名称 2\_\_\_\_\_）的（关键组件\_\_\_\_\_）在中国境内生产。（产品名称 2\_\_\_\_\_）的（关键工序\_\_\_\_\_）在中国境内完成。

.....

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

投标人：\_\_\_\_\_（全称并加盖电子公章）

日期： 年 月 日

#### 说明：

1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。