

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市第二人民医院
拟采购产品名称	颈动脉剥脱手术器械
拟采购产品金额	200000元
采购项目所属项目名称	郑州市第二人民医院医学装备采购项目 (手术器械)
采购项目所属项目金额	200000元
二、申请理由	
☐ 1、中国境内无法获取:	
☐ 2、无法以合理的商业条件获取:	
☒ 3、其他。	
原因阐述: 本次申请引进的手术器械为进口手术器械, 由于国产器械做工不够精细, 材质易生锈。在进行血管吻合手术时, 容易出现撕裂血管, 渗血, 滚针等问题, 造成不良后果及影响手术效果。进口手术器械做工精细, 型号齐全, 表面处理工艺先进, 材质优良长时间使用不易变形, 耐高温高压消毒不易生锈, 适合血管吻合手术等精细手术。	

三、专家论证意见

专家姓名: 马书岭

工作单位: 郑大二附院

专家意见: 进口颌动脉剥脱手术器械, 多采用进口钛合金医用级不锈钢或是陶瓷, 具有优异的耐腐蚀性和生物相容性; 精细化与人性化设计, 操作更舒适, 便于在狭小的血管空间内进行精细分离和剪切; 规格齐全与模块化, 能够满足不同患者的解剖深度, 血管口径被及术者的操作习惯, 满足复杂条件下的手术需求; 器械的精细度极高, 能完美适配CEA手术在毫米级空间内进行斑块剥离、血管修剪和精细缝合的手术要求, 有助于降低手术并发症, 提高手术成功率, 为满足临床需求, 更好服务患者, 同意采购进口产品。

专家签字: 马书岭

2026年10月8日