

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 王毅林	
	职称: 工程师	
	工作单位: 阜外华中心血管病医院	
项目信息	项目名称: 郑州大学第二附属医院南阳路 GE64 排 CT 原厂球管采购项目	
	供应商名称: 河南豪义医疗科技有限公司	
专业人员论证意见	因原厂球管性能稳定, 参数调校和 CT 设备匹配度高, 图像质量清晰, 考虑 CT 设备使用率高, 对关键部件安全要求高, 考虑整体安全性和规范要求, 建议采购原厂球管。	
专业人员签字	王毅林	日期 2020 年 10 月 31 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。