技术参数要求

项目	招标要求
1.	提供投标型号球管的原版技术白皮书（DATA SHEET），且以下应标参数均以此技术白皮书为准。
2.	投标人必须提供该球管制造商授权书或者该球管从制造商到投标人所有的合法购买合同。
3.	阳极热容量：5.0MJ
4.	管套热容量要求不小于 7.7MJ
5.	焦点数量：≥两个
6.	焦点尺寸（IEC 336/2005）：小焦点≤0.9mm*0.7mm；大焦点≥1.2mm*1.1mm
7.	焦点功率要求最大≥72kW
8.	120kV 时最大毫安输出不低于 600mA
9.	管套出线窗口 FOV（Field of View）尺寸：40mm
10.	支持 0.35 秒每圈的高速旋转
11.	提供全新 7M 液态轴承球管，并提供报关单
12.	阳极靶面角度：7 度
13.	提供球管与 CT 整机匹配的 SFDA 认证报告
14.	提供 CT 原厂的 InSite™ 数字化远程故障筛排系统，提前预知 CT 整机及球管的问题，无计划外停机。需提供相关文件