

承诺函

致：鄱陵县人民医院

我公司完全响应招标文件中的以下要求：

一、项目概况

64排CT（西门子 SOMATOM Definition AS CT一台）球管维修服务。

二、采购清单

1.维修类型：**64排CT**（西门子 SOMATOM Definition AS CT一台）球管维修。

2.服务范围：对**64排CT**球管出现问题进行维修，确保**64排CT**机正常运行,并在维修后进行质量控制检测。在质保期内（一年）确保所维修项目正常运行。

（1）维修更换**64排CT**球管，一切费用由投标方承担。

（2）提供现场人工技术服务和所维修部件质保期内免费更换。

（3）所维修配件必须为同型号备件。

（4）维修后对**64排CT**球管进行清洁、性能测试机校准，并对数据进行备份。

三、维修项目技术要求

1、64排CT球管技术参数及要求：

(1)最大功率：100kW。

(2)阳极最大热容量：≥500000 HU。

(3)球管最大管电压：145kV。

(4)球管管电流：20—666mA。

(5)阳极最大散热功率：80000瓦。

(6)最大阳极频率：160Hz。

(7)阳极表面涂层材料：钨-铼。

(8)靶材料：铪钨钼合金。

(9)最大连续热耗散：4.6kW。

(10)冷却绝缘油体积：11.5L，冷却流量：22L/min。

(11)高压连接+/-:三芯电缆连接/三芯电缆连接。

(12)焦点F1、F2：0.7×0.7，0.9×1.1。对应于4600 W 的阳极等效输入功率时的阳极标称输入功率：F1 48千瓦，F2 100千瓦。

(13)X射线管组件的固有过滤量：6.8毫米铝/145千伏；

(14)辐射泄漏在1米距离时为145千伏/4.5千瓦：<0.8毫戈瑞/小时；



(15)供应商如果是代理商或经销商，须提供医疗器械经营许可/备案证;供应商如果是制造须提供医疗器械生产许可/备案证。

2、供应商应就本项目完整响应，否则为无效响应。

3、质量要求：合格（符合国家现行的验收规范和标准）。

4、供应商应明确维修负责人、联系人、联系电话和技术咨询联系方式。

四、商务要求

1、服务期限：1年。

2、交付地点：鄢陵县人民医院

3、付款条件：

（1）支付方式：银行转账

（2）支付进度：按中标金额平均支付，每月支付一次。

4、包装盒运输

涉及商品包装和快递包装的项目，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款应符合财政部办公厅生态环境部办公厅国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号）的规定。

五、验收标准

1、采购人在收到供应商项目验收建议起7个工作日内，由采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对中标人履约情况进行实质性验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，出具验收单，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

2、按照招标文件要求、投标文件响应和承若验收；

六、采购标的的其他技术、服务等要求

1、投标人应就本项目完整投标、否则为无效投标。

2、本项目为交钥匙工程（包括本项目产生的所有费用）

3、投标文件中须有实施（维修）方案，否则为无效投标。

七、本项目超出最高限价的投标无效。

投标人：北京恒信瑞腾医疗科技有限公司（盖单位公章）

日期：2025年4月7日

